



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 15 listopada 2016 roku

ZZP 2380-90/2016

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

dot. postępowania na zawarcie umowy ramowej na dostawę 2 szt. chromatografów

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

1. Czy zamawiający dopuszcza system GCMS z automatycznym podajnikiem próbek z możliwością stosowania strzykawk o maksymalnej objętości 100ul i objętościach nastrzyku do 50ul, za to z możliwością stosowania strzykawk również mniejszych, niż wymagane w SIWZ, czyli 1, 2 oraz 5ul?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania strzykawk o maksymalnej objętości 100ul i objętościach nastrzyku do 50ul oraz możliwość stosowania również mniejszych strzykawk niż wymagane w SIWZ, w automatycznym podajniku strzykawk przy systemie GC/MS.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dozownika bez możliwości pracy z co najmniej 3-stopniowym programem narostu temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dozownika bez możliwości pracy z co najmniej 3-stopniowym programem narostu temperatury.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza do GCMS komputer o następujących parametrach:

- b) procesor czterordzeniowy o częstotliwości 3,3 GHz
- c) pamięć RAM 4GB
- d) dysk twardy 500GB
- e) nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie
- f) zintegrowana karta graficzna z wyjściem DVI
- g) karta sieciowa

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w punkcie dotyczącym parametrów komputera do systemu GCMS.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wraz z systemem GCFID w miejsce drugiej kolumny Zebron ZB-DRUG-1 (długość 30 m; Średnica 0,25 mm; Grubość filmu 0,18 µm) kolumny równoważnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania odpowiednika kolumny Zebron ZB-DRUG-1. Jednakże Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie jednego z parametrów kolumny gdzie jest:
- długość 30 m; średnica 0,25 mm; grubość filmu 0,18 µm, winno być: - długość 30 m; średnica 0,25 mm;
grubość filmu 0,25 µm.

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Pytanie 5

Czy zamawiający pisząc: „Dokładność ustawienia ciśnienia na pneumatyce układu:
≤0,01 PSI – 0,00 pkt.

- powyżej 0,01 PSI – 5,00 pkt.”

Miał na myśli:

„≥ 0,01 PSI – 0,00 pkt.

- poniżej 0,01 PSI – 5,00 pkt.”

W myśl pierwotnego zapisu wyższą ilość punktów otrzymują oferujący urządzenie o parametrach gorszych, czyli o dokładności ustawienia ciśnienia o wartościach wyższych niż 0,01psi.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany² w zakresie kryterium D, podkryterium A2 – dokładność ustawienia ciśnienia na pneumatyce układu” nadając mu poniższe brzmienie:

A2 – Dokładność ustawienia ciśnienia na pneumatyce układu:

- ≥0,01 PSI – 0,00 pkt.

- poniżej 0,01 PSI – 5,00 pkt.

Pytanie 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy do 0,5 % wartości brutto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. kar umownych, o których mowa w pytaniu nr 6.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz ofertowy po zmianach (załącznik nr 2 do SIWZ), wg. którego należy przygotować ofertę. Powyższe zmiany winny zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas sporządzania ofert i są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert³ na dzień **21.11.2016 r. godz. 11:00** oraz otwarcia ofert na dzień **21.11.2016 r., godz. 11:15**.

W związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ:

- 1) Rozdział VIII, pkt 3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymuje brzmienie:
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być zaadresowana:

**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań**

oraz znakowana następująco:

ZZP-2380-90/2016 „Oferta – Dostawa chromatografów”

Nie otwierać przed dniem 21.11.2016 r., do godz. 11:15

a także opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

3.2. Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej następująco:

ZZP-2380-90/2016 „Zmiana oferty – Dostawa chromatografów”

Nie otwierać przed dniem 21.11.2016 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.

² Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

³ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp

3.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia.). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-90/2016 „Wycofanie oferty - Dostawa chromatografów”

2) Rozdział IX (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ do **21.11.2016** roku, do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, Poznań 60-838, w dniu **21.11.2016** r. o godz. 11:15.

KOMENDA WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI
ul. Dąbrowskiego 17A
60-838 Poznań

Wyk. w poj. egz.

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano do wykonawców.

ATOLIJA KOWALCZYK
Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzkiej Policji
ul. Dąbrowskiego 17A
60-838 Poznań