



ZZP 2380-43/2018

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów i odczynników do wykonywania badań DNA

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Dotyczy rozdziału II SIWZ, ustęp II.4 oraz wzoru umowy, §2, ustęp 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej”.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem.

Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. II. 6 SIWZ oraz w §2 ust. 7 projektu umowy i nadaje im nowe brzmienie:

1. pkt. II. 6 SIWZ – „Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki, o których mowa w kolumnie „Wymagania” - załącznik nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - w trakcie realizacji umowy lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej”.
2. §2 ust. 7 – „Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać aktualne karty charakterystyki w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki w trakcie realizacji umowy lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej”.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1.1 do SIWZ, w zakresie części nr 4 i nadaje jej nowe brzmienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 4

Zestaw do ilościowego oznaczania DNA na aparacie ABI Prism 7500	Ilość/ Jednostka miary (próbki, opakowania)	Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia – po zawarciu umowy
Investigator QuantiPlex Hyres Kit lub Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub równoważny: - stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, - zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA w jednej reakcji techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie Real-Time PCR Systems 7500, obsługiwany przez posiadane oprogramowanie SDS 1.2.3 - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich	12 000 pr.	Karta charakterystyki Termin ważności min. 9 m-cy od daty dostarczenia

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

gwarancji i licencji urządzenia, - o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl - zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw reagentów		
--	--	--

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WIEJOWDZKIEGO POLICJI
W TEJRSZESKACH

Insp. mgr Konrad Chmielewski

Wyk. w poj. egz.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel. 061/ 84 127 52